

# SERVISNÍ SMLOUVA

uzavřená mezi smluvními stranami

**dodavatelem** firmou **BIOKYB s.r.o.**, Pod Rozhlednou 28, 312 00 Plzeň 4,  
IČO 25247581, DIČ CZ25247581,  
bankovní spojení KB a.s. Plzeň - město č.ú. 404341 - 311/0100  
zastoupenou jednatelem Ing. Janem Bohunčákem

**a odběratelem** Psychiatrickou léčebnou v Dobřanech  
ul. Ústavní 2, 340 41 Dobřany,  
IČO 669792, DIČ CZ00669792,  
bankovní spojení ,  
zastoupenou ředitelem MUDr. Vladislavem Žižkou

## **Čl. 1** **Předmět plnění**

**Dodavatel se zavazuje provádět kompletní smluvní servis zdravotnické techniky na odděleních Psychiatrické léčebny v Dobřanech, které v uplynulých obdobích do léčebny dodal. Tento smluvní servis zahrnuje:**

- 1. poradenskou službu**
- 2. průběžné školení obsluhy**
- 3. periodické bezpečnostně technické prohlídky stanovené zák. č. 123/ 2000 Sb. na všech smluvních přístrojích**
- 4. opravy již vzniklých závad s nástupem na opravu do dvou dnů od nahlášení (dle možnosti i dříve )**
- 5. dodávky náhradních dílů**
- 6. technické posudky přístrojů (návrhy na likvidaci)**

**Seznam servisované techniky je nedílnou součástí této smlouvy.**

## **Čl. 2 Opravy**

**Servisní zásahy na technice provádí dodavatel na telefonické nebo písemné pozvání odpovědných pracovníků odběratele pokud možno ihned. V případě okamžitého požadavku na akutní servis hlásí toto na tel./fax. 377 461 004 nebo na tel. 603 432 687.**

**Základním dokladem o činnosti dodavatele pro odběratele je montážní list nebo protokol o periodické kontrole zdravotnického prostředku, které budou potvrzeny pracovníkem odběratele a přiloženy k faktuře.**

**Předmětem smlouvy nejsou:**

- 1. dodávky materiálu a náhradních dílů - materiál a ND potřebné k opravám mimo drobného spotřebního materiálu budou fakturovány zvlášť**
- 2. nové montáže, demontáže a rekonstrukce přístrojů**
- 3. opravy závad prokazatelně zaviněných obsluhou nebo třetí osobou**

**Náhradní díly může objednávat dle dohody odběratel i dodavatel.**

## **Čl. 3 Odpovědnost dodavatele**

**Dodavatel se zavazuje provádět technickou servisní činnost v rozsahu dohodnutém s odběratelem kvalitně, podle stávajících technologií, doplňovaných novými poznatky ověřenými v provozu nebo u výrobců a autorizovaných prodejců zdravotnické techniky.**

**Nesplní-li dodavatel své povinnosti vyplývající ze smlouvy ani v dodatečně lhůtě stanovené mu odběratelem, může odběratel od svého závazku ustoupit, a to v rozsahu neplnění.**

## **Čl. 4 Úhrada za poskytované služby**

**Za servis zdravotnické techniky bude odběratel hradit dodavateli na základě předložení faktury ve dvou vyhotoveních s přiloženým montážním listem nebo protokolem o periodické kontrole zdravotnického prostředku potvrzeným odpovědným pracovníkem léčebny. Splatnost faktur se stanoví dohodou na 30 pracovních dnů.**

**Náhradní díly a spotřební materiál dodávaný mimo rozsah smlouvy budou fakturovány na základě objednávek průběžně.**

**Čl. 5**  
**Platnost smlouvy**

Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou, a to od 1.1.2007. Obě smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit s dvouměsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po dni ve kterém byla výpověď druhé smluvní straně písemnou formou oznámena.

Dodatky a změny této smlouvy lze provádět výhradně písemným, oprávněnými zástupci smluvních stran podepsaným ujednáním.

Tato smlouva je provedena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.

V Plzni dne 29.12.2006

V Dobřanech dne 28.12.2006

  
**BIOKYB s.r.o.**  
servis a prodej speciální elektroniky  
Pod rozhlednou 28, 312 13 PLZEŇ  
Ing. Jan Boháček IČO 253 74 81 004

.....  
**za dodavatele**

  
**MUDr. Vladislav Žižka**

.....  
**za odběratele**

Seznam přístrojů pro kontrolu způsobilosti podle zák. 123/ 2000 Sb.

odd. 16	typ ZP	ks
	defibrilátor Primedic HerdSave 6S	1
	lineární dávkovač ID 20/50	1
	monitor vitálních funkcí HP	1
	monitor vitálních funkcí MEC 1200	1
	oxymetr pulsní BCI 3301	1
	oxymetr pulsní BCI 3303	1
	enterální pumpa EP1000	1
	pumpa volumetrická IVAC 561	1
	pumpa volumetrická IVAC 591	1
	pumpa infuzní TERUMO TE 171	4
	EKG BTL 08Win	1
	matrace antidekubitní Amber	1
	matrace antidekubitní AKS100	1
	kompresorový inhalátor OMRON CX3	1
odd. 1	šokovací přístroj Tymatron	1
	EKG BTL 08Win	1
	defibrilátor HP M1722A	1
	ORL souprava RQL Golem	1
	odsávačka	1
	oftalmoskop	1
	pulsní oxymetr	1
odd. 3 + 4	EKG BTL 08	1
odd. 11	inhalátor OMRON CX3	1
	EKG HP PageWriter 100	1
	lineární dávkovač ID 20/50	1
	pumpa volumetrická ARGUS Medical AB	1
	koncentrátor kyslíku MILLENNIUM M5	2
	tepelný nebulizátor HC 100	1
	pulsní oxymetr BCI 3303	1
	pulsní oxymetr BCI 3301	1
	zvlhčovač vzduchu BWM8305	2
přijem	akotest DRAGER	1