

určeno všem dodavatelům, kteří si vyzvedli
Zadávací dokumentaci

V Dobřanech dne: 08.07.2011

Věc:

Poskytnutí dodatečných informací č. 4 k zadávacím podmínkám na základě žádosti uchazeče
(ve smyslu ust. § 49 odst. 2 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Název veřejné zakázky: **Dodávka zdravotnických přístrojů a zařízení**

Evidenční číslo veřejné zakázky: 60059009

Zadavatel: **Psychiatrická léčebna v Dobřanech**
se sídlem nábreží Ústavní 2, Dobřany, PSČ 344 01
IČ: 669792

Zadavatel shora specifikované veřejné zakázky tímto poskytuje na základně doručených žádostí o poskytnutí dodatečných informací všem dodavatelům, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci k veřejné zakázce, následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 1:

Zadavatel v zadávací dokumentaci uvádí, že antidekubitní matrace aktivní má být vybavena těmito technickými parametry.

- Potah snímatelný, omyvatelný, nepropustný a prodyšný
- Pulzní kompresor s tichým chodem
- Programovatelná ovládací jednotka pro různé provozní režimy
- Rozměry 120 až 150x 900x 2000mm
- Nosnost 150Kg
- CPR systém pro snadné vypuštění
- Předpokládaná životnost 5 let
- Pro léčbu dekubitů do III.stupně
- Hlasitost tichá
- Řízení plně automatické
- Časovač 3,5,10,20 min.

Rádi bychom se zeptali, zda je možné, nabídnout antidekubitální systém, který splňuje všechny technické parametry s výjimkou časovače ve frekvencích 3,5,10,20 min. Nabízíme kvalitní antidekubitální systém od přední světové značky KCI The Clinical Advantage s časovačem aktivní terapie nastaveným z výroby ve frekvenci přefukování vzdušných buněk po 15 minutách. Frekvence přefukování nastavena z výroby usnadňuje práci zdravotnického personálu a zajišťuje dostatečnou prevenci proleženin u středně rizikových nemocných, případně léčbu dekubitů III.stupně.

Je tento technický parametr pro zadavatele akceptovatelný?

System je slozen z náhradních dílů tak, že jednotlivé vzdušné buňky lze koupit samostatně, při poškození není třeba kupovat celý antidekubitální systém. Matraci lze odepnout jednotlivé komponenty a je možno prát při teplotě 90°C v případě velkého znečištění. Nabízíme možnost zapůjčení a vyzkoušení antidekubitálního systému pro lepší orientaci v tom, čím antidekubitální matrace disponuje.

Odpověď na dotaz č. 1:

S odkazem na dodatečné informace č.2 zadavatel uvádí, že požaduje, aby aktivní matrace obsahovala možnost jakéhokoliv časového nastavení. Proto nabídka matrace s časovačem v jakémkoliv rozsahu (tedy i po 15 minutách) bude zadavatelem akceptována.

S pozdravem

MUDr. Vladislav Žížka
ředitel
Psychiatrická léčebna v Dobřanech