

určeno všem dodavatelům, kteří si vyzvedli
Zadávací dokumentaci

V Dobřanech dne: 13.07.2011

Věc:

Poskytnutí dodatečných informací č. 5 k zadávacím podmínkám na základě žádosti uchazeče
(ve smyslu ust. § 49 odst. 2 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Název veřejné zakázky: **Dodávka zdravotnických přístrojů a zařízení**

Evidenční číslo veřejné zakázky: 60059009

Zadavatel: **Psychiatrická léčebna v Dobřanech**
se sídlem nábřeží Ústavní 2, Dobřany, PSČ 344 01
IČ: 669792

Zadavatel shora specifikované veřejné zakázky tímto poskytuje na základně doručených žádostí o poskytnutí dodatečných informací všem dodavatelům, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci k veřejné zakázce, následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 1:

Zadávací dokumentace:

2.3 Předmět veřejné zakázky

Ad) 2.3.1. Dodávka 30 ks baktericidních svítidel pevných vč. jejich montáže

- možnost nastavení pracovního režimu pro každý den v týdnu

Dotaz:

Stačí, když hodiny rozlišují pracovní a víkendové dny a pro každou skupinu (pracovní, víkendové) se dají nastavit 4 časy, tzn. 2 zapínací a 2 vypínací (celkem tedy 8 časů), nebo požadujete, aby se dal nastavit každý den individuálně jinak.

Rozvody od vypínače ke světlu budou provedeny v liště nebo je připraven vypínač a vývod síťového kabelu v místě montáže svítidla.

Odpověď na dotaz č. 1:

Správný výklad požadavku zadavatele je takový, že zadavatel požaduje, aby spínací hodiny umožňovaly nastavení pracovního režimu individuálně na každý den v týdnu. Rozvody ke svítidlu budou vedeny v liště.

Dotaz č. 2:

Zadávací dokumentace:

2.3. Předmět veřejné zakázky

- Ad) 2.3.2. Dodávka 15 ks baktericidních svítidel mobilních vč. jejich montáže
- možnost nastavení pracovního režimu pro každý den v týdnu

Dotaz:

Stačí, když hodiny rozlišují pracovní a víkendové dny a pro každou skupinu (pracovní, víkendové) se dají nastavit 4 časy, tzn. 2 zapínací a 2 vypínací (celkem tedy 8 časů), nebo požadujete, aby se dal nastavit každý den individuálně jinak.

Odpověď na dotaz č. 2:

Správný výklad požadavku zadavatele je takový, že zadavatel požaduje, aby spínací hodiny umožňovaly nastavení pracovního režimu individuálně na každý den v týdnu.

Dotaz č. 3:

Zadávací dokumentace:

2.3. předmět veřejné zakázky

- Ad) 2.3.9. Dodávka 60 ks aktivních matrací
- Časovač: 3,5,10,20 min a neustále

Dotaz:

U nastavení časovače 3,5,10,20 min je rozdíl mezi 3 a 5 minutami vzhledem k toleranci a době nafouknutí na požadovaný tlak velmi malý a tím pádem bez účinku. Na rozdíl mezi 10 a 20 minutami, kde je mezera pro prevenci a léčbu dekubitů příliš velká. Z těchto důvodů navrhuje časovač 5,10,15,20 minut, který používá mn. 90% výrobců a pokryje rovnoměrně polohování od 5 až do 20 minut. Samozřejmostí je možnost „neustále“ nebo-li statický režim, kdy jsou všechny vzduchové prsty nafouklé na stejnou hodnotu a tudíž se s pacientem nepolohuje.

Odpověď na dotaz č. 3:

Správný výklad požadavku zadavatele je takový, že zadavatel požaduje, aby aktivní matrace obsahovala možnost časového nastavení. Proto nabídka matrace s časovačem v rozsahu (tedy intervalu 3 nebo 5 nebo 10 nebo 20 minut a v neustálém provozu) bude zadavatelem akceptována.

Dotaz č. 4:

Zadávací dokumentace.

8.2. Doporučená úprava nabídky

8.2.1. Členění nabídky, str. 21

Všechny uvedené dokumenty tvořící jedno vyhotovení kvalifikační části nabídky budou pevně spojeny tak, aby při manipulaci s takto upraveným dokumentem nemohlo dojít k výměně listů nebo jiným úpravám této části nabídky. To platí pro vyhotovení originálu kopie této části nabídky.

Dotaz:

„To platí pro vyhotovení originálu kopie části.“ Tzn. platí pro vyhotovení originálu i kopie nebo pouze kopie = vypadlo písmenko „i“.

Odpověď na dotaz č. 4:

Požadavek zadavatele na pevné spojení vyhotovení kvalifikační části nabídky uvedený v bodě 8.2.1. str. 21 zadávací dokumentace (viz výše) se vztahuje jak na vyhotovení originálu, tak i kopii nabídky.

S pozdravem

MUDr. Vladislav Žižka
ředitel
Psychiatrická léčebna v Dobřanech