

určeno všem dodavatelům, kteří si vyzvedli
Zadávací dokumentaci

V Dobřanech dne: 21.07.2011

Věc:

Poskytnutí dodatečných informací č. 6 k zadávacím podmínkám na základě vlastní iniciativy zadavatele
(ve smyslu ust. § 49 odst. 4 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Název veřejné zakázky: **Dodávka zdravotnických přístrojů a zařízení**

Evidenční číslo veřejné zakázky: 60059009

Zadavatel: **Psychiatrická léčebna v Dobřanech**
se sídlem nábřeží Ústavní 2, Dobřany, PSČ 344 01
IČ: 669792

Zadavatel shora specifikované veřejné zakázky tímto poskytuje všem dodavatelům, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci k veřejné zakázce, následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Zadavatel v dodatečných **informacích č. 2, č. 4 a č. 5** zodpovídal dotazy uchazečů týkající se antidekubitního systému aktivních matrací a funkce nastavení jeho časovače. Vzhledem k tomu, že v odpovědích na uvedené dotazy nastal rozpor s požadavky zadavatele kladenými na funkci nastavení časovače aktivní matrace, zadavatel tímto svůj požadavek upřesňuje, a to tak že:

Zadavatel požaduje, aby aktivní matrace měla funkci nastavení časovače v intervalech, a to minimálně v intervalech 5 minut, 10 minut, 15 minut, 20 minut a v neustálém provozu. To znamená možnost nastavení časovače minimálně na pět výše uvedených časových intervalů. Nabídka matrace nesplňující výše uvedený rozsah časovače nebude zadavatelem akceptována. Tento požadavek zadavatele je odůvodněn potřebou individuální léčby proleženin.

S pozdravem

MUDr. Vladislav Žižka
ředitel
Psychiatrická léčebna v Dobřanech